6. Сертификация

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.95296/25

7. Комплект поставки

1. Терминал повышенного приоритета YHE-6277CB
2. Винты

8. Сведения о поставке

Заводской номер:

Дата поставки:

Подпись: _____

Завод-изготовитель: YARWARD ELECTRONICS CO., LTD, пров. Шаньдун,
г. Цзыбо, р-н. Гаосинь, ул. Цинлуншань, № 9509.
Официальный представитель в РФ: ООО «Ярвард Электроникс»
Адрес: г. Одинцово ул. Молодежная, д. 46, офис 331.
Телефон: +7 (495) 320-05-70
Эл. почта: info-yarward@yandex.ru

ПАСПОРТ

Терминал повышенного приоритета YHE-6277CB



1. Технические характеристики

Аудио: зуммер.
Максимальная мощность: 1,5 Вт.
Тип и напряжение питания: 24 - 48 В DC.
Рабочая температура: от 0 до +40 °C.
Рабочая влажность: 10 – 90 %.
Класс защиты: IP 68.
Материал корпуса: ABS+PC пластик.
Цвет: белый, серый, синий
Габаритные размеры: 102 x 105 x 25 мм.
Вес: 93 г.

2. Описание оборудования

Терминал повышенного приоритета предназначен для оповещения всех устройств отделения о необходимости неотложной помощи.

Отменить или обработать вызов возможно лишь с помощью кнопки сброса от данного терминала. Терминал оборудован кнопкой вызова "Синий код" с подсветкой при вызове, сброса "С" и встроенным зуммером для звукового сопровождения вызова. Имеет высокую степень защиты от пыли и влаги.

Терминал устанавливается на стену при помощи квадратной монтажной коробки габаритными размерами 86х86 мм.

Для подключения терминала рекомендуется использовать кабель питания RVV или его аналог с характеристиками 1х2х1,5мм2 через разъем RS 485, проложенный от интеллектуального коммутационного узла связи YHE-997S или мультимедийного усилителя YHE-Z9S.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия в упакованном виде может осуществляться любым видом транспорта при условии соблюдения мер, обеспечивающих его сохранность.

При хранении изделия необходимо руководствоваться следующими требованиями:

хранение должно осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях;

оптимальная температура и влажность должны соблюдаться для обеспечения сохранности и работоспособности изделия;

следует избегать попадания влаги внутрь изделия, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

4. Установка и эксплуатация

Установка оборудования осуществляется только квалифицированным персоналом.

Установка и эксплуатация должны осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях при оптимальной температуре и влажности, избегая попадания влаги внутрь, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Перед подачей электроэнергии необходимо убедиться в правильности подключения кабельной продукции к устройству.

Для очистки от грязи и пыли следует применять чистую ткань.

5. Гарантийные обязательства

Срок службы изделия составляет не менее 5 лет.

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Ремонт по гарантийному обслуживанию возможен при условии направления оборудования вместе с рекламационным актом, в котором указаны признаки неисправности, поставщику или заводу-изготовителю.

Самостоятельный ремонт и разбор оборудования приведёт к утрате гарантии.