6. Сертификация

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.95296/25.

7. Комплект поставки

1.Дежурный терминал YHE-6217.
2.Монтажная пластина.
3.Винты.

8. Сведения о поставке

Заводской номер:

Дата поставки:

Подпись: _____

Завод-изготовитель: YARWARD ELECTRONICS CO., LTD, пров. Шаньдун,
г. Цзыбо, р-н. Гаосинь, ул. Цинлуншань, № 9509.
Официальный представитель в РФ: ООО «Ярвард Электроникс»
Адрес: г. Одинцово ул. Молодежная, д. 46, офис 331.
Телефон: +7 (495) 320-05-70
Эл. почта: info-yarward@yandex.ru

ПАСПОРТ

Дежурный терминал YHE-6217



1. Технические характеристики

Диагональ экрана (дюйм): 3.5"
Разрешение экрана: 320 x 240 пикселей.
Тип экрана: ЖК (TFT).
Динамик: 8 Ом, 1 Вт.
Частота звука: 20 Гц - 20 кГц.
Чувствительность микрофона: 44 дБ.
Потребляемая мощность: 5 Вт.
Тип и напряжение питания: 24 - 48 В DC (PoE).
Рабочая температура: от 0 до +40 °С.
Рабочая влажность: 10 – 90 %.
Материал корпуса: ABS+PC пластик.
Цвет: белый, серый.
Габаритные размеры: 125 x 122 x 20 мм.
Вес: 0.2 кг.

2. Описание оборудования

Дежурный терминал YHE-6217 предназначен для двусторонней связи терминалами в отделении больницы. Он поддерживает функцию голосового вещания на все устройства и контроля доступа на входном терминале YHE-6237.

Терминал устанавливается на стену при помощи монтажной пластины.

Для подключения терминала рекомендуется использовать стандартный сетевой кабель UTP CAT6, проложенный от интеллектуального коммутационного узла связи YHE-997S. Максимальная длина кабельной линии составляет до 60 м (рекомендуемая – 50м).

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия в упакованном виде может осуществляться любым видом транспорта при условии соблюдения мер, обеспечивающих его сохранность.

При хранении изделия необходимо руководствоваться следующими требованиями:

хранение должно осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях;

оптимальная температура и влажность должны соблюдаться для обеспечения сохранности и работоспособности изделия;

следует избегать попадания влаги внутрь изделия, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

4. Установка и эксплуатация

Установка оборудования осуществляется только квалифицированным персоналом.

Установка и эксплуатация должны осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях при оптимальной температуре и влажности, избегая попадания влаги внутрь, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Перед подачей электроэнергии необходимо убедиться в правильности подключения кабельной продукции к устройству.

Для очистки от грязи и пыли следует применять чистую ткань.

5. Гарантийные обязательства

Срок службы изделия составляет не менее 5 лет.

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Ремонт по гарантийному обслуживанию возможен при условии направления оборудования вместе с рекламационным актом, в котором указаны признаки неисправности, поставщику или заводу-изготовителю.

Самостоятельный ремонт и разбор оборудования приведёт к утрате гарантии.