6. Сертификация

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.95296/25.

7. Комплект поставки

1. Кнопочный терминал пациента-2 YHE-520R
2. Шурупы.
3. Подсоединяемый кабель.

8. Сведения о поставке

Заводской номер:

Дата поставки: _____

Подпись: _____

Завод-изготовитель: YARWARD ELECTRONICS CO., LTD, пров. Шаньдун,
г. Цзыбо, р-н. Гаосинь, ул. Цинлуншань, № 9509.
Официальный представитель в РФ: ООО «Ярвард Электроникс»
Адрес: г. Одинцово ул. Молодежная, д. 46, офис 331.
Телефон: +7 (495) 320-05-70
Эл. почта: info-yarward@yandex.ru

ПАСПОРТ

Кнопочный терминал пациента-2 YHE-520R



1. Технические характеристики

Динамик: 4 Ом, 2 Вт.
Частота звука: 100 Гц - 20 кГц.
Потребляемая мощность: 1,5 Вт.
Тип и напряжение питания: 24 - 48 В DC.
Рабочая температура: от 0 до +40 °С.
Рабочая влажность: 10 – 90 %.
Материал корпуса: ABS+PC пластик.
Цвет: белый.
Габаритные размеры: 86 х 86 х 17 мм.
Вес: 82 г.

2. Описание оборудования

Терминал пациента оснащён кнопками "Вызов", "Отмена" и регулятором громкости звука. Устройство применяется в больницах и домах престарелых для вызова помощи, имеет функцию двусторонней связи в сочетании с пультом YHE-K12.

Терминал устанавливается у койки пациента на медицинской консоли или на стене при помощи круглой монтажной коробки диаметром 68 мм.

Для подключения терминала рекомендуется использовать кабель питания RVV или его аналог с характеристиками 1х2х1,5мм^2 через разъем RS 485, проложенный от интеллектуального коммутационного узла связи YHE-997S или мультимедийного усилителя YHE-Z9S. Максимальная длина линии по кабелю составляет до 100 м (предельная 120м).

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия в упакованном виде может осуществляться любым видом транспорта при условии соблюдения мер, обеспечивающих его сохранность.

При хранении изделия необходимо руководствоваться следующими требованиями:

хранение должно осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях;

оптимальная температура и влажность должны соблюдаться для обеспечения сохранности и работоспособности изделия;

следует избегать попадания влаги внутрь изделия, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

4. Установка и эксплуатация

Установка оборудования осуществляется только квалифицированным персоналом.

Установка и эксплуатация должны осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях при оптимальной температуре и влажности, избегая попадания влаги внутрь, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Перед подачей электроэнергии необходимо убедиться в правильности подключения кабельной продукции к устройству.

Для очистки от грязи и пыли следует применять чистую ткань.

5. Гарантийные обязательства

Срок службы изделия составляет не менее 5 лет.

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Ремонт по гарантийному обслуживанию возможен при условии направления оборудования вместе с рекламационным актом, в котором указаны признаки неисправности, поставщику или заводу-изготовителю.

Самостоятельный ремонт и разбор оборудования приведёт к утрате гарантии.