6. Сертификация

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.95296/25

7. Комплект поставки

1. Пульт пациента С YHE-K11
2. Монтажная пластина.
3. Подсоединяемый кабель.

8. Сведения о поставке

Заводской номер:

Дата поставки:

Подпись: _____

Завод-изготовитель: YARWARD ELECTRONICS CO., LTD, пров. Шаньдун,
г. Цзыбо, р-н. Гаосинь, ул. Цинлуншань, № 9509.
Официальный представитель в РФ: ООО «Ярвард Электроникс»
Адрес: г. Одинцово ул. Молодежная, д. 46, офис 331.
Телефон: +7 (495) 320-05-70
Эл. почта: info-yarward@yandex.ru

ПАСПОРТ

Пульт пациента С YHE-K11



1. Технические характеристики

Микрофон: есть
Частота звука: 20 Гц - 20 кГц.
Чувствительность микрофона: 44 дБ.
Тип и напряжение питания: 5 В DC.
Рабочая температура: от -10 до +55 °С.
Рабочая влажность: 10 – 90 %.
Материал корпуса: ABS+PC пластик.
Цвет: белый, серый.
Габаритные размеры: 107 x 46 x 19 мм.
Вес: 62 г.

2. Описание оборудования

Пульт пациента предназначен для вызова медсестры с терминала пациента и осуществляет двустороннюю связь. Оснащен кнопкой вызова красного цвета, "Капельница" для смены инфузии или лекарств, "Отмена", вкл/выкл освещения дисплея и кнопкой включения фонаря при удержании. Совместим для функционирования с терминалами пациента YHE-6207U, 6257U, 6297U.

Пульт устанавливается рядом с койкой на стену или на медицинскую консоль вместе с терминалом пациента при помощи специального держателя с магнитным захватом.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия в упакованном виде может осуществляться любым видом транспорта при условии соблюдения мер, обеспечивающих его сохранность.

При хранении изделия необходимо руководствоваться следующими требованиями:

хранение должно осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях;

оптимальная температура и влажность должны соблюдаться для обеспечения сохранности и работоспособности изделия;

следует избегать попадания влаги внутрь изделия, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

4. Установка и эксплуатация

Установка оборудования осуществляется только квалифицированным персоналом.

Установка и эксплуатация должны осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях при оптимальной температуре и влажности, избегая попадания влаги внутрь, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Перед подачей электроэнергии необходимо убедиться в правильности подключения кабельной продукции к устройству.

Для очистки от грязи и пыли следует применять чистую ткань.

5. Гарантийные обязательства

Срок службы изделия составляет не менее 5 лет.

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Ремонт по гарантийному обслуживанию возможен при условии направления оборудования вместе с рекламационным актом, в котором указаны признаки неисправности, поставщику или заводу-изготовителю.

Самостоятельный ремонт и разбор оборудования приведёт к утрате гарантии.