## 6. Сертификация

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.95560/25

## 7. Комплект поставки

1.Терминал для медсестры YHE-927.
2.Телефонная трубка.
3.Кабель для телефонной трубки.
4.Стойка.
5.Блок питания.

## 8. Сведения о поставке

Заводской номер:

Дата поставки:

Подпись: _____

Завод-изготовитель: YARWARD ELECTRONICS CO., LTD, пров. Шаньдун,
г. Цзыбо, р-н. Гаосинь, ул. Цинлуншань, № 9509.
Официальный представитель в РФ: ООО «Ярвард Электроникс»
Адрес: г. Одинцово ул. Молодежная, д. 46, офис 331.
Телефон: +7 (495) 320-05-70
Эл. почта: info-yarward@yandex.ru

# ПАСПОРТ

## Терминал для медсестры YHE-927



## 1. Технические характеристики

**Тип дисплея:** ЖК (TFT), сенсорный.
**Размер дисплея:** 10.1" (16:9), 222,72x125,28 мм.
**Разрешение:** 1024x600.
**Аудио:** 8 Ом, 0,5 Вт (моно).
**Частота звука:** 20 Гц - 20 кГц.
**Чувствительность микрофона:** 44 дБ.
**Максимальная мощность:** 30 Вт.
**Питание:** 24 – 48 В DC (постоянного тока), 50 Гц
**Рабочая температура:** 0 – +40 °C.
**Рабочая влажность:** 10 – 90 % RH.
**Материал корпуса:** ABS+PC пластик.
**Цвет:** белый, серый.
**Габаритные размеры:** 322x205x57,8 мм.
**Вес:** 1,6 кг.

## 2. Описание оборудования

Терминал для медсестры – центральное устройство, предназначенное для управления и контроля вызовов, поступающих с других терминалов в отделении и работы с базой данных из медицинской информационной системы (МИС). Для удобной обработки вызовов, на одном экране отображаются все палатные терминалы с соответствующим уровнем приоритета. Поддерживает функцию голосового вещания на все устройства в отделении, контроля доступа на входном терминале YHE-6237/6237E, напоминания о неотвеченных вызовах, мониторинга сбоев и ведения журнала работы. Встроена индикаторная лампа для отображения цвета приоритета при вызове.

Терминал устанавливается на столе вместе со стойкой или на стену при помощи специального кронштейна, размер между осями монтажных отверстий 180 мм.

Для подключения терминала рекомендуется использовать стандартный сетевой кабель UTP CAT6 проложенного от интеллектуального коммутационного узла связи YHE-997S. Максимальная длина кабельной линии составляет до 30 м. Для увеличения до 100 м, необходимо подключение БП с выходным напряжением 24 В DC.

## 3. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия в упакованном виде может осуществляться любым видом транспорта при условии соблюдения мер, обеспечивающих его сохранность.

При хранении изделия необходимо руководствоваться следующими требованиями:

хранение должно осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях;

оптимальная температура и влажность должны соблюдаться для обеспечения сохранности и работоспособности изделия;

следует избегать попадания влаги внутрь изделия, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

## 4. Установка и эксплуатация

Установка оборудования осуществляется только квалифицированным персоналом.

Установка и эксплуатация должны осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях при оптимальной температуре и влажности, избегая попадания влаги внутрь, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Перед подачей электроэнергии необходимо убедиться в правильности подключения кабельной продукции к устройству.

Для очистки от грязи и пыли следует применять чистую ткань.

## 5. Гарантийные обязательства

Срок службы изделия составляет не менее 5 лет.

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Ремонт по гарантийному обслуживанию возможен при условии направления оборудования вместе с рекламационным актом, в котором указаны признаки неисправности, поставщику или заводу-изготовителю.

Самостоятельный ремонт и разбор оборудования приведёт к утрате гарантии.