6. Сертификация

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA0S.B.95560/25

7. Комплект поставки

1. Терминал для санузла с тягой YHE-6277L с тягой
2. Винты

8. Сведения о поставке

Заводской номер:

Дата поставки:

Подпись: _____

Завод-изготовитель: YARWARD ELECTRONICS CO., LTD, пров. Шаньдун,
г. Цзыбо, р-н. Гаосинь, ул. Цинлуншань, № 9509.
Официальный представитель в РФ: ООО «Ярвард Электроникс»
Адрес: г. Одинцово ул. Молодежная, д. 46, офис 331.
Телефон: +7 (495) 320-05-70
Эл. почта: info-yarward@yandex.ru

ПАСПОРТ

Терминал для санузла YHE-6277L с тягой



1. Технические характеристики

Звук: есть (зуммер).
Максимальная мощность: 1,5 Вт.
Напряжение адаптера питания: 24 – 48 В DC.
Рабочая температура: 0 – +40 °C.
Рабочая влажность: 10 – 90 % RH.
Степень защиты: IP 68 (пыле- влагозащита).
Материал корпуса: ABS+PC пластик.
Цвет: белый, красный.
Габаритные размеры: 102x105x25 мм.
Вес: 93 г.

2. Описание оборудования

Терминал для санузла с тягой предназначен для экстренного вызова на посты медсестры и дежурного врача. Терминал оборудован кнопкой "Вызов" с подсветкой при вызове, сброса "С", встроенным зуммером для звукового сопровождения вызова и шнуром с тягой на конце. Имеет высокую степень защиты от пыли и влаги.

Терминал устанавливается на стену при помощи квадратной монтажной коробки габаритными размерами 86x86 мм, размер между осями монтажных отверстий 60 мм.

Для подключения терминала рекомендуется использовать кабель питания RVV или его аналог с характеристиками 1x2x1,5мм^2 через разъем RS 485, проложенный от интеллектуального коммутационного узла связи YHE-997S или мультимедийного усилителя YHE-Z9S.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия в упакованном виде может осуществляться любым видом транспорта при условии соблюдения мер, обеспечивающих его сохранность.

При хранении изделия необходимо руководствоваться следующими требованиями:

хранение должно осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях;

оптимальная температура и влажность должны соблюдаться для обеспечения сохранности и работоспособности изделия;

следует избегать попадания влаги внутрь изделия, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

4. Установка и эксплуатация

Установка оборудования осуществляется только квалифицированным персоналом.

Установка и эксплуатация должны осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях при оптимальной температуре и влажности, избегая попадания влаги внутрь, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Перед подачей электроэнергии необходимо убедиться в правильности подключения кабельной продукции к устройству.

Для очистки от грязи и пыли следует применять чистую ткань.

5. Гарантийные обязательства

Срок службы изделия составляет не менее 5 лет.

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Ремонт по гарантийному обслуживанию возможен при условии направления оборудования вместе с рекламационным актом, в котором указаны признаки неисправности, поставщику или заводу-изготовителю.

Самостоятельный ремонт и разбор оборудования приведёт к утрате гарантии.